

**MYCOFAST Scr. REVOLUTION (50)**

 Référence / Catalog number **00063**

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	<b>240401</b>
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	<b>28/08/2025</b> <b>2025-08-28</b>

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST Scr. REVOLUTION	240208	2025-08-28
S. M.h.	240122	2026-02-01

**RESULTATS - RESULTS**

Contrôle MYCOFAST Scr. REVOLUTION <i>MYCOFAST Scr. REVOLUTION Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Orange, sec à pateux Orange, dry to doughy
Performances Performances	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	<i>Ureaplasma urealyticum</i> 569 <i>Mycoplasma hominis</i> 814 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle S. M.h. <i>SMh Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Liquide limpide orange à rouge Clear Liquid – orange to red
Etat de propreté <i>State of cleanliness</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Performances Performances	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	<i>Ureaplasma urealyticum</i> : ATCC 27618 <i>Mycoplasma hominis</i> : ATCC 23114 Conformité / spécifications Conformity / specifications
<b>Contrôle du conditionnement</b> <b>Conformity after packaging</b>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications

 Lot contrôlé et libéré le /  
 Controlled and accepted on :

03/04/2024

 Par / By : Delphine GIRAUD  
 Quality Control Manager

**ELITECH MICROBIO**  
 Parc d'activités du Plateau  
 19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES  
 Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05  
 SAS au Capital de 480 864 €  
 Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z

Fin du Document / End of document

