

MYCOPLASMA CONTROL (12)
Référence / *Catalog number*

00900

Code UDI / *UDI code*

(01)03661540100505(17)20200826(10)190913

| | |
|--|--|
| Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i> | 190913 |
| Date d'expiration <i>Expiration date</i> | 26/08/2020 2020-08-26 |

| Réactifs <i>Reagents</i> | Lot de fabrication <i>Production lot</i> | Date d'expiration <i>Expiration date</i> |
|-----------------------------|---|---|
| MYCOPLASMA U.u | 190811 | 2020-08-26 |
| MYCOPLASMA M.h | 190616 | 2020-09-22 |

| Dilution / <i>Dilution</i> | MYCOPLASMA U.u | MYCOPLASMA M.h |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Gamme MYCOFAST | 1/20 | 1/10 |
| IST2 | 1/20 | 1/10 |

DUO

0

0

RESULTATS - RESULTS

| Controle MYCOPLASMA U.u <i>MYCOPLASMA U.u Control</i> | Résultats / Résultats | Résultats théoriques /Theoretical results |
|---|-----------------------------------|--|
| Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i> | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Etiquetage <i>Labelling</i> | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Aspect du milieu <i>Medium appearance</i> | Conforme Conform | Lyophilisat de couleur blanc White freeze dried pellet |
| Pression avant reprise <i>Pressure before reconstitution</i> | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Etat de propreté <i>State of cleanliness</i> | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Performances <i>Performances</i> | Conforme Conform | <i>gamme EM</i> <i>gamme IST2</i> <i>gamme DUO</i> Conformité / spécifications Conformity / specifications |

| Contrôle MYCOPLASMA M.h MYCOPLASMA M.h Control | Résultats / Résultats | Résultats théoriques /Theoretical results |
|---|-----------------------------------|--|
| Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i> | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Etiquetage <i>Labelling</i> | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Aspect du milieu <i>Medium appearance</i> | Conforme Conform | Lyophilisat de couleur blanc White freeze dried pellet |
| Pression avant reprise <i>Pressure before reconstitution</i> | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Etat de propreté <i>State of cleanliness</i> | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Performances <i>Performances</i> | Conforme Conform | <i>gamme EM</i> <i>gamme IST2</i> <i>gamme DUO</i> Conformité / spécifications Conformity / specifications |
| Contrôle du conditionnement Conformity after packaging | Conforme Conform | Conformité / spécifications Conformity / specifications |


Lot contrôlé et libéré le /
Controlled and accepted on :

06/09/2019

Par / By : Imen Smida
Quality Control Manager

ELITECH MICROBIO

Parc d'activités du Plateau
19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES
Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05
SAS au Capital de 480 864 €
Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z



Fin du Document / End of document