

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ <i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	N°92148 - 921480 - 921481 Revisione 6 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	---	--

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / *PRODUCT CHARACTERISTICS*

Prodotto / <i>Product</i>	ITRACONAZOLE ITC 0.002-32 µg/ml
Sigla / <i>Initial</i>	ITC
Lotto / <i>Batch</i>	032917048
Data produzione / <i>Production date</i>	29.03.2017
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2020.03.28

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / *BIOLOGICAL CHARACTERISTICS*

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	RPMI Agar
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	24 h – 48 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 °C ± 1 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂

CONTROLLO QUALITÀ / *QUALITY CONTROL*

Germe / <i>Microorganism</i>	<i>Standard MIC values (µg/mL)</i>	<i>Quality Control MIC values (µg/mL)</i>
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	0.064 – 0.25	0.19
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	0.25 - 1	0.5
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	0.064 - 0.25	0.19

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 10.04.2017

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano