

<b>Liofilchem</b> S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ <i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	N°92162 - 921620 - 921621 Revisione 4 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	---	--

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / *PRODUCT CHARACTERISTICS*

Prodotto / <i>Product</i>	<b>IMIPENEM/IMIPENEM + EDTA IMI/IMD 4-256 / 1-64 µg/ml</b>	
Sigla / <i>Initial</i>	<b>IMI/IMD</b>	
Lotto / <i>Batch</i>	<b>031717010</b>	
Data produzione / <i>Production date</i>	<b>17.03.2017</b>	
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	<b>2020.03.16</b>	

### CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / *BIOLOGICAL CHARACTERISTICS*

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	<b>Mueller Hinton Agar</b>
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	<b>18h - 24 h</b>
Temperatura / <i>Temperature</i>	<b>36 °C ± 1 °C</b>
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	<b>O<sub>2</sub></b>

### CONTROLLO QUALITÀ / *QUALITY CONTROL*

Germe / <i>Microorganism</i>	MIC values (µg/mL) <b>IMI</b>	<i>Quality Control</i> MIC values (µg/mL)	MIC values (µg/mL) <b>IMD</b>	<i>Quality Control</i> MIC values (µg/mL)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 <b>MBL NEGATIVE</b>	≤ 4	<4	1-4	1
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i> ATCC13636 <b>MBL POSITIVE</b>	64-256 or phantom zone or deformation of ellipse	>256	1-4	1.5

LOTTO/BATCH :  Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 30.03.2017

Responsabile Controllo Qualità  
*Quality Control Manager*  
(D. Vitagliano)

*Dario Vitagliano*